PRODUITS D'ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE

Sécurité et confort pour le patient et le soignant

Teleflex

ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE ET GESTION DE LA DOULEUR

Parce qu'elle diminue le stress du patient et participe aux économies de santé, l'anesthésie loco-régionale joue un rôle prépondérant dans la gestion de la douleur. Que ce soit pour les blocs nerveux périphériques, la rachianesthésie, l'anesthésie péridurale ou ces deux anesthésies combinées, nous vous proposons une gamme complète de produits, adaptée à toutes les techniques, dans tous les domaines. Une instrumentation sophistiquée, à la pointe de l'innovation, assure le plus haut degré de sécurité, de confort et de rentabilité.

L'anesthésie loco-régionale participe à la réduction du risque de complications cardiovasculaires et pulmonaires. Les délais d'attente pour les blocs opératoires sont réduits. Les patients, moins stressés, récupèrent plus rapidement et les temps d'hospitalisation diminuent.

L'ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE ASSURE GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT ET AMÉLIORE LE CONFORT DU PATIENT.

RACHIANESTHÉSIE
RÜSCH Spinostar 2

ANESTHÉSIE PÉRIDURALE
ARROW FlexTip Plus 4

ANESTHESIE PERI- RACHI COMBINEE
RÜSCH Epistar CSE 6

BLOC NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE
ARROW StimuCath 8
ARROW StimuQuik 10
Stimpod NMS450 12

KITS SUR MESURE ARROW 14
KIT STANDARD 15
ACCESSOIRES 16

OÙ ET COMMENT SE MANIFESTE LA DOULEUR ?

La douleur est un signal d'alarme naturel. Sans douleur, nous pourrions nous mettre en danger. Elle fait partie de notre vie, de notre corps. En l'absence de traitement adéquat, la douleur pourrait nous handicaper. La douleur nécessite une solution, un traitement. Si cette douleur ne peut être traitée par des méthodes naturelles, nous devons nous aider d'instruments, d'outils et d'une assistance médicale. L'anesthésie loco-régionale est une méthode permettant de contrôler la douleur pendant et après la chirurgie.

ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE ET GESTION DE LA DOULEUR: LES PRODUITS DE LA GAMME TELEFLEX

Quelle que soit la région anatomique douloureuse, votre préoccupation première consiste à soulager cette douleur chez le patient, qu'elle soit aigüe, chirurgicale ou chronique. Sans une anesthésie loco-régionale efficace et une gestion de la douleur postopératoire, vos patients récupèrent plus lentement.

Nos produits issus des marques ARROW et RÜSCH ainsi que d'autres dispositifs tel que le neuro-stimulateur Xavant vous apportent une solution spécifique pour la gestion de la douleur lors d'une anesthésie loco-régionale.

NOUS SOMMES L'ÉQUIPE IDÉALE POUR LA GESTION DE LA DOULEUR DE VOS PATIENTS – VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.

SANS LATEX :
Tous les produits de ce catalogue sont exempts de latex.

SANS PVC :
Tous les produits de ce catalogue sont exempts de PVC.

SANS PHTALATES :
Tous les produits de ce catalogue sont exempts de phtalates.

MARQUAGE CE :
Tous les produits de ce catalogue portent le marquage CE.

RÜSCH SPINOSTAR POUR RACHIANESTHÉSIE

Que ressentez-vous lorsque vous injectez seulement 50 % de l'anesthésique dans le canal rachidien et le reste dans l'espace péridural ?

Quel en est l'impact sur l'anesthésie du patient ?



SPINOSTAR STANDARD

RÜSCH

RÉF.	DÉSIGNATION			QTÉ
190110-090190	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	19 Ga.	90 mm	25
190110-090220	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	22 Ga.	90 mm	25
190110-090250	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	25 Ga.	90 mm	25
190110-090270	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	27 Ga.	90 mm	25

SPINOSTAR BALLPEN

RÜSCH

RÉF.	DÉSIGNATION			QTÉ
190140-090220	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	22 Ga.	90 mm + aiguille d'introduction 19 G 30 mm	25
190140-090240	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	24 Ga.	90 mm + aiguille d'introduction 20 G 30 mm	25
190140-090251	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	25 Ga.	90 mm + aiguille d'introduction 21 G 30 mm	25
190140-090271	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	27 Ga.	90 mm + aiguille d'introduction 22 G 30 mm	25
190140-120250	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	25 Ga.	120 mm + aiguille d'introduction 21 G 38 mm	25
190140-120270	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	27 Ga.	120 mm + aiguille d'introduction 22 G 38 mm	25

ÉTAPE 1 : INTRODUCTION DE L'AIGUILLE

Lorsque l'aiguille de rachianesthésie est introduite, son orifice central est obturé par le mandrin. L'aiguille pénètre la dure-mère avec un « clic » reconnaissable et un traumatisme minime du tissu.

ÉTAPE 2 : RETRAIT DU MANDRIN

Une fois que l'aiguille est correctement en place, le mandrin est retiré. Il libère l'orifice central sans qu'il soit nécessaire d'avancer davantage l'aiguille.



ÉTAPE 3 : REFLUX DE LCR (LIQUIDE CÉPHALO RACHIDIEN) POUR CONFIRMATION

Le LCR s'écoule rapidement et directement par l'orifice central, ce qui confirme le bon positionnement.

SPINOSTAR PENCIL POINT OPTI

RÜSCH

RÉF.	DÉSIGNATION			QTÉ
190120-090220	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	22 Ga.	90 mm + Aiguille d'introduction 19 G 30 mm	25
190120-090240	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	24 Ga.	90 mm + Aiguille d'introduction 20 G 30 mm	25
190120-090250	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	25 Ga.	90 mm + Aiguille d'introduction 21 G 30 mm	25
190120-090260	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	26 Ga.	90 mm + Aiguille d'introduction 21 G 30 mm	25
190120-090270	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	27 Ga.	90 mm + Aiguille d'introduction 22 G 30 mm	25
190120-105220	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	22 Ga.	105 mm + Aiguille d'introduction 19 G 30 mm	25
190120-105240	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	24 Ga.	105 mm + Aiguille d'introduction 20 G 30 mm	25
190120-105250	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	25 Ga.	105 mm + Aiguille d'introduction 21 G 30 mm	25
190120-105260	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	26 Ga.	105 mm + Aiguille d'introduction 21 G 30 mm	25
190120-105270	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	27 Ga.	105 mm + Aiguille d'introduction 22 G 30 mm	25
190120-120220	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	22 Ga.	120 mm + Aiguille d'introduction 19 G 38 mm	25
190120-120240	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	24 Ga.	120 mm + Aiguille d'introduction 20 G 38 mm	25
190120-120250	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	25 Ga.	120 mm + Aiguille d'introduction 21 G 38 mm	25
190120-120260	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	26 Ga.	120 mm + Aiguille d'introduction 21 G 38 mm	25
190120-120270	Aiguille de rachianesthésie Spinostar	27 Ga.	120 mm + Aiguille d'introduction 22 G 38 mm	25

INTRODUCTEUR

RÜSCH

RÉF.	DÉSIGNATION			QTÉ
190190-030190	Aiguille d'introduction	19 Ga.	30 mm	25
190190-030200	Aiguille d'introduction	20 Ga.	30 mm	25
190190-030210	Aiguille d'introduction	21 Ga.	30 mm	25
190190-030220	Aiguille d'introduction	22 Ga.	30 mm	25

CODE COULEUR

Le code couleur propre à chaque taille d'aiguilles de rachianesthésie SpinoStar permet une identification rapide et évite ainsi toutes confusions.

Spinostar Pencil Point Opti

Spinostar Ballpen

Spinostar Standard

Observez la pointe parfaitement conçue de notre aiguille Spinostar Pencil Point Opti, dont l'orifice est placé aussi loin que possible à l'extrémité avant, tout en restant suffisamment large pour libérer les anesthésiques locaux en continu.

Regardez de plus près notre aiguille Spinostar BallPen. Avec sa nouvelle pointe, l'aiguille ne pénètre que jusqu'à la profondeur nécessaire et vous pouvez sentir un « clic » clairement reconnaissable qui indique que l'aiguille est en position correcte.

Nous vous proposons aussi notre aiguille Spinostar Standard, dont l'utilisation a fait ses preuves depuis de nombreuses années.

ARROW FLEXTIP PLUS POUR ANESTHÉSIE PÉRIDURALE

Comment réagissez vous lorsque vous devez faire face à un cathéter plicaturé, à une brèche dure-mérienne, des paresthésies ou des injections intra-vasculaires ? Quel est l'impact sur votre patient ?

Combien de temps perdez-vous à tenter de résoudre les problèmes associés à ces dysfonctionnements ?

FLEXTIP PLUS

ARROW

RÉF.	PRODUIT	DÉSIGNATION	QTÉ
JC-05400-E	Cathéter péridural FlexTip Plus Extrémité distale ouverte	• Aiguille Dull Hustead 17 Ga. 9,84 cm • Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm • Adaptateur SnapLock • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de Résistance (LOR) de 10 ml, Luer-Slip	20
JC-05400-B	Cathéter péridural FlexTip Plus Extrémité distale ouverte	• Aiguille de Tuohy 17 Ga. Pajunk 8,50 cm • Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm • Adaptateur SnapLock • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de Résistance (LOR) de 10 ml, Luer-Slip	20
UM-05400-B	Cathéter péridural FlexTip Plus Extrémité distale ouverte	• Aiguille de Tuohy 17 Ga. Pajunk 8,57 cm • Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm • Adaptateur SnapLock • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de Résistance (LOR) Omnifix de 10 ml, Luer-Lock	20
EC-05400-E	Cathéter péridural FlexTip Plus Extrémité distale ouverte	• Aiguille Dull Hustead 17 Ga. 9,84 cm • Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm • Adaptateur SnapLock • Filtre plat 0,22 µ	20
EC-05420-P	Cathéter péridural caudal pédiatrique FlexTip Plus Extrémité distale ouverte	• Aiguille Super Dull Crawford 18 Ga. 5 cm • Cathéter FlexTip Plus 20 Ga. 90 cm avec mandrin • Adaptateur SnapLock • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de Résistance (LOR) de 10 ml, Luer-Slip	20
EC-05500	Cathéter péridural FlexTip Plus Extrémité distale ouverte	• Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm • Adaptateur SnapLock	20
EC-05520-P	Cathéter péridural lombaire pédiatrique FlexTip Plus Extrémité distale ouverte	• Aiguille Dull Tuohy 18 Ga. Pajunk 5 cm • Cathéter FlexTip Plus 20 Ga. 90 cm • Adaptateur SnapLock • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de Résistance (LOR) de 10 ml	20
UR-05501	Cathéter péridural FlexTip Plus Extrémité distale ouverte	• Aiguille de Tuohy 17 Ga. 9 cm • Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm • Adaptateur SnapLock • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de Résistance de 10 ml • Champ de table & champ transparent fenêtré avec bande adhésive • Seringues (20 ml & 3ml, Luer-Lock) et aiguilles d'injection (25 Ga. x 1,59 cm, 18 Ga. x 3,81 cm, 21 Ga. x 3,81 cm) • Compresses 10 x 10 cm • Badigeons pour désinfection & cupules	10
JC-05400-DC	Cathéter péridural FlexTip Plus Extrémité distale fermée avec 4 oeils latéraux	• Aiguille péridurale 17 Ga. 9,84 cm TW avec marquages en cm • Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm • Adaptateur SnapLock • Centreur • Filtre plat 0,22 µ	20
JC-05400-DCS	Cathéter péridural FlexTip Plus Extrémité distale fermée avec 4 oeils latéraux	• Aiguille péridurale 17 Ga. 9,84 cm TW avec marquages en cm • Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm • Adaptateur SnapLock • Centreur • Filtre plat 0,22 µ • Seringue 10 ml LOR spéciale Luer Slip	20

Pour une utilisation optimale des cathéters Arrow FlexTip Plus, il est recommandé de se référer au "Manuel d'Instructions Cathéters Périduraux". Pour plus d'informations veuillez contacter votre représentant régional.

ADAPTATEUR ARROW SNAPLOCK EXCLUSIF

L'adaptateur est fermement fixé au cathéter, afin de diminuer le risque de déconnexion

① Position détachée
② Fermeture de l'adaptateur SnapLock après insertion complète du cathéter
③ Position fermée





Fermeture de l'adaptateur SnapLock



Rotation et ouverture de l'adaptateur SnapLock

FENÊTRE DISTALE DE VISUALISATION

Deux fenêtres de contrôle placées dans le corps du cathéter permettent de visualiser facilement un retour de sang ou de liquide céphalo-rachidien au moment de l'aspiration



EXTRÉMITÉ DISTALE SOUPLE

La conception unique de l'extrémité distale permet de réduire le risque d'injection intravasculaire et de paresthésies [1.2.]

MAINTENANT DISPONIBLE AVEC EXTRÉMITÉ DISTALE FERMÉE ET 4 OEILS LATÉRAUX

Améliore l'aspiration des fluides et l'administration des analgésiques

Conçu pour réduire les complications dans l'espace péridural, chez l'adulte comme chez l'enfant (interventions lombaires et caudales). Son excellente résistance à la plicature et à la rupture, associée à une extrémité souple flexible, réduit le risque de paresthésies et de pénétration accidentelle des vaisseaux sanguins ou de la dure-mère, pouvant être à l'origine de l'injection mal située des anesthésiques. [1.2.] La simplification et la rapidité des procédures péridurales sont permises grâce à une conception unique du cathéter, incorporant une armature spiralée. L'intégrité structurelle de ce concept procure une résistance à l'écrasement et l'insertion ne nécessite aucun mandrin (exceptionnel pour les procédures caudales chez l'enfant). La radio-opacité du cathéter est améliorée par la construction du corps intérieur en spirale en acier inoxydable.

1 Junega M, MD, Kargas GA, MD, Miller D, CRNA, Perry E, MD, Gupta B, MD, Pajel V, MD, Botic Z, MD, and Rigor B, MD. Comparisons of Epidural Catheters Induced Paresthesia in Parturients. Poster presentation from the American Society of Regional Anesthesia (A.S.R.A.) meeting: presented April, 1995 – Orlando, FL. Regional Anesthesia 1995; 20 (Suppl.):4.

2 Junega M, MD, Kargas GA, MD, Miller D, CRNA, Perry E, MD, Botic Z, MD, and Rigor B, MD. Incidence of Epidural Vein Cannulation in Parturients with Three Different Epidural Catheters. Regional Anesthesia 1996; 21 (Suppl.):4.

RÜSCH EPISTAR CSE ANESTHESIE PÉRI-RACHI COMBINÉE

Quel serait votre gain de temps si vous pouviez effectuer simultanément une anesthésie rachidienne et péridurale avec un cathéter péridural et une aiguille de rachianesthésie ?

Comment la rachianesthésie influence-t-elle l'anesthésie péridurale lorsqu'une technique combinée est utilisée ?

Quels seraient les avantages pour le patient en cas de ponction unique avec utilisation conjointe d'un cathéter péridural et d'une aiguille de rachianesthésie ?

SETS EPISTAR CSE

RÜSCH

RÉF.	TAILLE DU SET	DÉSIGNATION	QTÉ
190311-000260	Set Mini	• Aiguille de Tuohy CSE 18 Ga. 8 cm, cathéter 19 Ga. 90 cm • Adaptateur Tuohy-Borst • 26 Ga. Spinostar Standard 127 mm	20
190331-000250	Set Mini	• Aiguille de Tuohy CSE 18 Ga. 8 cm, cathéter 19 Ga. 90 cm • Adaptateur Tuohy-Borst • 25 Ga. Spinostar Pencil Point 127 mm	20
190331-000270	Set Mini	• Aiguille de Tuohy CSE 18 Ga. 8 cm, cathéter 19 Ga. 90 cm • Adaptateur Tuohy-Borst • 27 Ga. Spinostar Pencil Point 127 mm	20
190332-000250	Set Maxi	• Aiguille de Tuohy CSE 18 Ga. 8 cm, cathéter 19 Ga. 90 cm • Adaptateur Tuohy-Borst • 25 Ga. Spinostar Pencil Point 127 mm • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de rèsistance de 10 ml, Luer Slip	10
190332-000270	Set Maxi	• Aiguille de Tuohy CSE 18 Ga. 8 cm, cathéter 19 Ga. 90 cm • Adaptateur Tuohy-Borst • 27 Ga. Spinostar Pencil Point 127 mm • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de rèsistance de 10 ml, Luer Slip	10
190333-000250	Set Maxi	• Aiguille de Tuohy CSE 18 Ga. 8 cm, cathéter 19 Ga. 90 cm • Adaptateur Tuohy-Borst • 25 Ga. Spinostar Pencil Point 127 mm • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de Résistance de 10 ml, Luer-Slip	10
190333-000270	Set Maxi	• Aiguille de Tuohy CSE 18 Ga. 8 cm, cathéter 19 Ga. 90 cm • Adaptateur Tuohy-Borst • 27 Ga. Spinostar Pencil Point 127 mm • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de Résistance de 10 ml, Luer-Slip	10
190312-000260	Set Maxi	• Aiguille de Tuohy CSE 18 Ga. 8 cm, cathéter 19 Ga. 90 cm • Adaptateur Tuohy-Borst • 26 Ga. Spinostar Standard 127 mm • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de rèsistance de 10 ml, Luer Slip	10
190313-000260	Set Maxi	• Aiguille de Tuohy CSE 18 Ga. 8 cm, cathéter 19 Ga. 90 cm • Adaptateur Tuohy-Borst • 26 Ga. Spinostar Standard 127 mm • Filtre plat 0,22 µ • Seringue Perte de Résistance de 10 ml, Luer-Slip	10

TECHNIQUE COMBINÉE

Placez tout d'abord l'aiguille dans l'espace péridural selon la technique habituelle. Puis insérez lentement le cathéter dans l'espace péridural, par le biais de l'aiguille. Enfin, introduisez l'aiguille de rachianesthésie par l'aiguille EpiStar CSE dans l'espace sous-arachnoïdien.



ÉTAPE 1 : ANESTHÉSIE PÉRIDURALE

La manipulation de l'aiguille CSE est identique à celle d'une aiguille de péridurale normale.



ÉTAPE 2 : ADMINISTRATION DE LA DOSE D'ESSAI

La dose d'essai donne des informations sur le positionnement correct du cathéter. Le cathéter péridural doit donc être introduit avant la rachianesthésie.



ÉTAPE 3 : RACHIANESTHÉSIE

Le déclenchement rapide de la rachianesthésie réduit les délais d'attente dans les blocs opératoires. L'anesthésie peut être prolongée aussi longtemps que souhaité par le biais du cathéter péridural.

AIGUILLE DE TUOHY EPISTAR CSE

Forme idéale pour une rachianesthésie et une anesthésie péridurale combinées fiables. Le cathéter et l'aiguille de rachianesthésie sont introduits en même temps dans l'aiguille de Tuohy EpiStar CSE brevetée.
La forme de l'aiguille de Tuohy évite que le cathéter ne soit endommagé par l'aiguille de rachianesthésie et assure une insertion stable des deux composants.



L’aiguille de Tuohy EpiStar CSE est la méthode de choix pour combiner les deux techniques, offrant une procédure optimale pour une anesthésie péridurale et rachidienne combinée fiable.

Le cathéter et l’aiguille de rachianesthésie sont introduits en même temps dans l’aiguille de Tuohy EpiStar CSE brevetée.

La forme de l’aiguille, 18 Ga., évite d’endommager le cathéter avec l’aiguille de rachianesthésie et assure une insertion sécurisée des deux composants.

ARROW STIMUCATH POUR BLOC NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour placer avec précision un cathéter de bloc nerveux périphérique continu ? Pourquoi arrive-t-il que les cathéters échouent pendant l'analgésie ?

Quel niveau de frustration vous, vos collègues, les chirurgiens et les patients ressentez-vous suite à l'échec d'un bloc peri-nerveux ?

Comment toutes les personnes impliquées se sentent-elles lorsqu'un échec de bloc peri-nerveux nécessite une intervention ?

Comment prendre en charge la douleur du patient après l'échec du bloc peri-nerveux ?
Peut-il être soulagé de manière satisfaisante ?



STIMUCATH

ARROW

RÉF.	PRODUIT	DÉSIGNATION	QTÉ
AB-05060	Cathéter continu StimuCath 1 PNB	• Cathéter stimulant continu Stimucath • 19 Ga. 60 cm • Aiguille de Tuohy isolée 17 Ga. 9 cm • Adaptateur SnapLock avec oeil de connexion pour stimulateur • Ligne de perfusion • Filtre plat 0,2 µ • Système de fixation StatLock • Câble de connexion à pince pour stimulateur	10
AB-19604-S	Cathéter continu StimuCath 2 PNB	• Cathéter stimulant continu Stimucath • 19 Ga. 60 cm avec câble de connexion pour stimulateur • Aiguille de Tuohy isolée 17 Ga. 4 cm avec câble de connexion pour stimulateur • Adaptateur SnapLock avec câble de connexion pour stimulateur • Ligne de perfusion • Filtre plat 0,2 µ • Système de fixation StatLock	10

STIMUCATH 1 : POUR UNE MISE EN PLACE CORRECTE DU CROCHET

STIMUCATH			ARROW
RÉF.	PRODUIT	DÉSIGNATION	QTÉ
AB-19608-S	Cathéter continu StimuCath 2 PNB	• Cathéter stimulant continu Stimucath • 19 Ga. 60 cm avec câble de connexion pour stimulateur • Aiguille de Tuohy isolée 17 Ga. 8 cm avec câble de connexion pour stimulateur • Adaptateur SnapLock avec câble de connexion pour stimulateur • Ligne de perfusion • Filtre plat 0,2 µ • Système de fixation StatLock	10
AB-20604-S	Cathéter continu StimuCath 2 PNB	• Cathéter stimulant continu Stimucath • 20 Ga. 60 cm avec câble de connexion pour stimulateur • Aiguille de Tuohy isolée 18 Ga. 4 cm avec câble de connexion pour stimulateur • Adaptateur SnapLock avec câble de connexion pour stimulateur • Ligne de perfusion • Filtre plat 0,2 µ • Système de fixation StatLock	10
AB-20608-S	Cathéter continu StimuCath 2 PNB	• Cathéter stimulant continu Stimucath • 20 Ga. 60 cm avec câble de connexion pour stimulateur • Aiguille de Tuohy isolée 18 Ga. 8 cm avec câble de connexion pour stimulateur • Adaptateur SnapLock avec câble de connexion pour stimulateur • Ligne de perfusion • Filtre plat 0,2 µ • Système de fixation StatLock	10

STIMUCATH 2 : POUR UNE MISE EN PLACE CORRECTE





Le cathéter StimuCath d'ARROW permet une stimulation nerveuse à la fois par le biais de l'aiguille et du cathéter, garante de la mise en place précise des blocs nerveux périphériques et des blocs du plexus continus. Il permet de tester à plusieurs reprises la mise en place et cible efficacement les nerfs avec moins d'anesthésique. Sa sécurité clinique et son efficacité sont prouvées dans la gestion de la douleur postopératoire. [1.2.3.4.5]

1 Salinas, F.V., Regional Anesthesia and Pain Medicine, Vol. 29, No. 3 (May–June), 2004, pp. 212–220.
2 Cohen, N.P. et al., J Shoulder Elbow Surgery, Vol. 9, No. 4 (July–Aug.), 2000, pp. 268–274.
3 Ilfeld, Brian et al., Regional Anesthesia and Pain Medicine, Vol. 29, No. 1 (Jan.–Feb.), 2004, pp. 9–16.
4 Boezaart, A.P. et al., Regional Anesthesia and Pain Medicine, Vol. 28, No. 5 (Sept.–Oct.), 2003, pp. 406–413.
5 Wehling, M.J. et al., Regional Anesthesia and Pain Medicine, Vol. 29, No. 3 (May–June), 2004, pp. 230–233.

ARROW STIMUQUIK « SINGLE SHOT » POUR BLOC NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

Pour son confort, votre patient ne préfèrerait-il pas une insertion facile avec un bloc nerveux périphérique en injection unique ?

Un espace de travail plus grand ne serait-il pas plus adapté pour mettre en place un bloc nerveux périphérique en injection unique ?

L'aiguille StimuQuik est facile à mettre en place et augmente la réussite globale du bloc. StimuQuik améliore la précision d'une anesthésie périphérique en injection unique en améliorant le contrôle et la maniabilité pendant le positionnement de l'aiguille.

- Présente un biseau atraumatique* pour des caractéristiques de pénétration optimales
- Corps de l'aiguille isolé, pointe stimulante
- Repères en centimètres clairs et lisibles sur le corps de l'aiguille
- Embase de l'aiguille ergonomique pour un toucher de précision
- Grande longueur des tubulures d'injection et des connexions électriques



** entre 20 et 30° (conformément au Référentiel SFAR 2003 – ALR PERI PH RPC – question 5.3)*

AIGUILLE STIMUQUIK « SINGLE SHOT »

ARROW

RÉF.	DÉSIGNATION			QTÉ
AB-21090-SS	Aiguille d'injection unique avec extensions	21 Ga.	9 cm	25
AB-21150-SS	Aiguille d'injection unique avec extensions	21 Ga.	15 cm	25
AB-22025-SS	Aiguille d'injection unique avec extensions	22 Ga.	2,5 cm	25
AB-22050-SS	Aiguille d'injection unique avec extensions	22 Ga.	5 cm	25

AIGUILLE STIMUQUIK « SINGLE SHOT » HYPER ÉCHOGÈNE

ARROW

RÉF.	DÉSIGNATION			QTÉ
AB-21090-SSE	Aiguille d'injection unique avec extensions	21 Ga.	9 cm	25
AB-21150-SSE	Aiguille d'injection unique avec extensions	21 Ga.	15 cm	25
AB-22025-SSE	Aiguille d'injection unique avec extensions	22 Ga.	2,5 cm	25
AB-22050-SSE	Aiguille d'injection unique avec extensions	22 Ga.	5 cm	25

STIMPOD NMS410/450 DE XAVANT TECHNOLOGY (PTY) LTD OUTIL DE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION NERVEUSE ET LE MONITORAGE DE LA CURARISATION

Actuellement, le repérage nerveux transcutané (mode mapping) n'est pas une technique aisée à mettre en pratique, car les câbles doivent être débranchés du neurostimulateur puis rebranchés à l'aiguille. Comment un nouvel appareil pourrait-il apporter une solution efficace à ce problème ?

Quels sont les facteurs les plus importants qui contribuent à créer un circuit à forte impédance entre le neurostimulateur nerveux et le patient ?

En tenant compte de la charge totale, comment pouvez-vous savoir si vous êtes dans la plage optimale pour injecter l'anesthésique local ?

MODES DE FONCTIONNEMENT

MODE CURAMÈTRE : NMS 450	
Plage actuelle	0 – 80 mA ± 5%
Options de longueur d'impulsion	0,02 ms ± 5 %
Stimulus	Onde carrée monophasique
Fréquence de stimulation	1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 50 Hz,100 Hz ± 5 %
MODE DE LOCALISATION NERVEUSE : NMS450/NMS410	
Plage actuelle	0,00 – 5,00 mA ± 5 %
Options de longueur d'impulsion	0,05 ms, 0,1 ms, 0,3 ms, 0,5 ms, 1 ms
Stimulus	Onde carrée monophasique
Fréquence de stimulation	1 Hz, 2 Hz, 5 Hz ± 5 %
MODE DE CARTOGRAPHIE NERVEUSE : NMS450/NMS410	
Plage actuelle	0 – 20 mA ± 5 %
Options de longueur d'impulsion	0,05 ms, 0,1 ms, 0,3 ms, 0,5 ms, 1 ms
Stimulus	Onde carrée monophasique
Fréquence de stimulation	1 Hz, 2 Hz, 5 Hz ± 5 %



Indicateur de proximité
L'indicateur de proximité est activé lorsque la combinaison des paramètres de courant et de longueur d'impulsion provoquent une charge comprise dans la plage sélectionnée sur le menu et indiquée par des signaux sonores et visuels.

STIMULATEUR STIMPOD – SET COMPLET EN COFFRET

RÉF.	DÉSIGNATION	QTÉ
XT-41000	NMS410 Stimulateur nerveux périphérique seul (sans câble ni accessoires)	1
XT-41001	NMS410 Stimulateur nerveux périphérique complet (y compris sonde, câbles, mallette de transport, mode d'emploi)	1
XT-41002	Mallette de transport	1
XT-41003	Câble de localisation	1
XT-41004	Câble de localisation et de repérage nerveux transcutané (mapping)	1
XT-45000	NMS 450 Stimulateur nerveux périphérique seul avec option curamètre (sans câble ni accessoires)	1
XT-45001	NMS 450 Stimulateur nerveux périphérique complet avec option curamètre (y compris sonde, câbles, accéléromètre, mallette de transport, mode d'emploi)	1
XT-45005	Câble avec accéléromètre	1

SET COMPLET*

① Câble de localisation
② Câble de localisation et de repérage nerveux transcutané (mapping)
③ Câble de monitorage de la curarisation (uniquement avec NMS450)

** hors batteries*

PASSEZ AUX KITS SUR MESURE ARROW POUR FACILITER ET OPTIMISER VOTRE TRAVAIL.

DES KITS CONÇUS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Notre programme de kits sur mesure ARROW vous permet de commander un kit de cathéter spécialement configuré pour s'adapter à vos besoins. Votre kit peut contenir n'importe quel composant Teleflex existant et tout autre composant disponible sur le marché.

UNE SOLUTION PERSONNALISÉE POUR ASSURER LES MEILLEURS SOINS POSSIBLES AU PATIENT TOUT EN OPTIMISANT LA MANIPULATION.

Les kits sur mesure ARROW sont parfaits pour assurer la conformité alliée à la sécurité, la simplicité de manipulation et la rentabilité. Ils vous sont fournis selon la combinaison que vous souhaitez.

ILS VOUS FONT GAGNER DU TEMPS, AUGMENTENT L'EFFICACITÉ ET RÉDUISENT LES DÉCHETS.

Les kits sur mesure ARROW vous font gagner du temps en vous livrant tous les éléments dont vous avez besoin sur un plateau. Tous les éléments sont facilement identifiables. Leur assemblage est rapide. Les composants familiers aident à garantir une mise en place rapide et aisée. Sans oublier que ces kits réduisent les déchets car aucun composant n'est jeté avant d'avoir été utilisé.

Le kit sur mesure ARROW simplifie vos achats et réduit les besoins d'espace de stockage pour une procédure donnée à une seule unité de stockage. En outre, il devient inutile de stocker les composants supplémentaires généralement exclus des kits standards.

UN PROGRAMME ÉLABORÉ POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Teleflex a formé une équipe pluridisciplinaire de spécialistes des kits sur mesure ARROW, qui se concentre sur le traitement et l'expédition de votre commande de kit. L'équipe peut aussi vous fournir une analyse, sans engagement de votre part, qui identifiera la meilleure configuration de produits pour votre kit. Pour garantir une satisfaction totale, l'équipe se penche également sur l'application qui est faite du kit pour s'assurer qu'il répond parfaitement à vos procédures.

Configuration possible du kit

KIT STANDARD

Le kit standard stérile contient le matériel de base nécessaire à l'anesthésie loco-régionale. Utilisable dans toutes les situations, il permet en outre d'optimiser la procédure grâce au gain de temps et d'argent qu'il génère. Aucun emballage superflu.

KIT STANDARD

RÜSCH

REF.	DESCRIPTIF	QTE
190510	Chaque kit standard contient: 1 aiguille 27 G x 3/4" 1 aiguille d'aspiration avec filtre 18 G x 3.5µm 1 seringue Luer 10 ml 1 seringue Luer 5 ml 1 seringue Luer lock 2 ml 1 clamp 5 compresses de préparation 2 compresses extra larges 1 coupelle pour compresses 1 champ patient auto adhésif avec fenêtre excentrée 60 x 75 cm 1 adhésif de fixation	10

ACCESSOIRES TELEFLEX

AIGUILLES

RÜSCH

	RÉF.	DÉSIGNATION	Ø	LONGUEUR	QTÉ
	AN-02017	Aiguille de péridurale Tuohy	17 Ga.	10 cm	10
	AN-01517	Aiguille de Tuohy	17 Ga.	15 cm	10
	190908-080180	Aiguille de Tuohy	18 Ga.	8 cm	50
	190908-120180	Aiguille de Tuohy	18 Ga.	12 cm	50
	190906-000000	Aiguille de Tuohy CSE	18 Ga.	8 cm	10

AIGUILLE TUOHY POUR STIMULATION NERVEUSE (SANS CÂBLE)

ARROW

	RÉF.	PRODUIT	Ø	LONGUEUR	QTÉ
	AB-00050	Aiguille de stimulation StimuCath 1	17 Ga.	5 cm	10
	AB-00090		17 Ga.	9 cm	10
	AB-00150		17 Ga.	15 cm	10
	AB-17040-N	Aiguille de stimulation StimuCath 2	17 Ga.	4 cm	10
	AB-17080-N		17 Ga.	8 cm	10
	AB-17110-N		17 Ga.	11 cm	10
	AB-17140-N		17 Ga.	14 cm	10
	AB-18040-N		18 Ga.	4 cm	10
	AB-18080-N		18 Ga.	8 cm	10
	AB-18110-N		18 Ga.	11 cm	10
	AB-18140-N		18 Ga.	14 cm	10

CATHÉTERS

	RÉF.	PRODUIT	DÉSIGNATION	QTÉ
	190912-000000	Cathéter	Cathéter péridural Epistar 20 Ga. 90 cm	25

ADAPTATEURS

	RÉF.	PRODUIT	DÉSIGNATION	QTÉ
	AS-05500	Adaptateur SnapLock	Adaptateur SnapLock cathéter/seringue	25
	190913-000000	Adaptateur	Adaptateur Plus pour cathéter Tuohy-Borst	25
	AB-07100	Câble d'adaptateur pour stimulateur	Convertit la broche mâle 1,5 mm en broche mâle 2 mm	1
	AB-07200		Convertit la broche femelle 1,5 mm en broche mâle 2 mm	1

FILTRES

	RÉF.	PRODUIT	DÉSIGNATION	QTÉ
	190907-00000	Filtre	Filtre plat 0,22 µ avec membrane hydrophile antibactérienne et anti-virale, protection hautement efficace jusqu'à 96 heures.	50

SERINGUES

	RÉF.	PRODUIT	DÉSIGNATION	QTÉ
	190909-000000	Seringue en plastique	Seringue LOR* Luer Slip 10 ml, plastique	25
	190910-000000		Seringue LOR* Luer Slip 10 ml, plastique	25
	190911-000000		Seringue LOR* Luer Lock 10 ml, plastique	25

** LOR = Lost of Resistance/Perte de résistance*

EPISTAR FIX

	RÉF.	PRODUIT	DÉSIGNATION	QTÉ
	190915-000000	Dispositif de fixation	Dispositif de fixation des cathéters périduraux	25

Teleflex est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs médicaux destinés aux applications diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine des soins intensifs, de l'urologie et de la chirurgie. Notre mission est d'offrir des solutions permettant aux professionnels de soins de santé d'améliorer l'état de santé des patients tout en assurant leur sécurité ainsi que celles des soignants.

Nous sommes spécialisés dans les dispositifs destinés à l'anesthésie générale et locale, aux soins cardiaques, aux soins respiratoires, à l'urologie, à l'accès vasculaire et à la chirurgie. Nous servons par ailleurs des fournisseurs de soins de santé dans plus de 130 pays dans le monde. Teleflex fournit également des produits sur mesure à des fabricants de dispositifs médicaux.

Parmi l'éventail des marques renommées, on retrouve: ARROW®, BEERE MEDICAL®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, SMD®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™ et WECK®, toutes étant des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated.

Filiales mondiales de Teleflex Medical : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, et Uruguay.

VOS CONTACTS POUR L'EUROPE, LE MOYEN-ORIENT ET L'AFRIQUE (EMEA) :

TELEFLEX SIEGE SOCIAL EMEA, IRLANDE
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
Téléphone +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com

AFRIQUE DU SUD +27 (0)11 807 4887
ALLEMAGNE +49 (0)7151 406 0
AUTRICHE +43 (0)1 402 47 72
BELGIQUE +32 (0)2 333 24 60
ESPAGNE +34 918 300 451
FRANCE +33 (0)5 62 18 79 40
GRÈCE +30 210 67 77 717
ITALIE +39 0362 58 911
PAYS-BAS +31 (0)88 00 215 00
PORTUGAL +351 22 541 90 85
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE +421 (0)3377 254 28
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE +420 (0)495 759 111
ROYAUME-UNI +44 (0)1494 53 27 61
SUISSE +41 (0)31 818 40 90

Pour de plus amples informations, visitez le site www.teleflex.com

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Pour des informations complémentaires, veuillez contacter votre représentant local. Toutes les données sont à jour au moment de l'impression (04/2012). Susceptible de modifications techniques sans préavis.

93 98 80 - 00 00 02 · REV A · MC / WM · 04 12 03

Teleflex